

Tabla de expresión de las Capacidades de Medición y Calibración (CMC) de un laboratorio de calibración acreditado

ACREDITACIÓN **FL-21**

Fecha de emisión: 2016-12-08
Revisión: 04

I			II	III	IV	V		VI					VII		VIII	IX	
Servicio de Calibración o Medición					Intervalo o punto de medida	Condiciones de funcionamiento de referencia		Incertidumbre expandida de medida					Patrón de referencia usado en la calibración		Participación en Ensayos de aptitud	Observaciones	
Magnitud	Instrumento de medida	Método de medida				Parámetro	Especificaciones	Valor numérico de la unidad	unidad de medida	Contribución del laboratorio	Contribución del IBC	Factor de cobertura	¿Inc. relativa o absoluta?	Patrón de medida	Fuente de trazabilidad metrológica		
Flujo volumétrico (líquido), FM	Medidores de flujo (desplazamiento positivo, turbinas, electromagnéticos, ultrasónicos, máscos, etc.)	Comparación con una medida volumétrica patrón (arranque y paro, determinación estática)	1 L/min a 3 000 L/min	Fluido de prueba	agua	0.068	% FM	0.062	0.029	2	relativa al FM	Medida volumétrica Seraphin 1 L, Seraphin, modelo E, U = 0,47 % Medida volumétrica Seraphin 5 L, Seraphin, modelo E, U = 0,24 % Medida volumétrica Seraphin 10 L, Seraphin, modelo E, U = 0,06 % Medida volumétrica Volumex 20 L, modelo MV-20, U = 0,024 % Medida volumétrica Volumex 50 L, modelo MV-50, U = 0,011 % Medida volumétrica Volumex 100 L, modelo MV-100 U = 0,024 % Medida volumétrica Volumex 200 L, modelo PV-200 U = 0,020% Medida volumétrica Volumex 500 L, modelo MV-500 U = 0,061 % Medida volumétrica Volumex 3 000 L, modelo MV-3 000 L U = 0,068 %		CICY Acreditación V-12		Incertidumbre considerando un Medidor de Desplazamiento positivo	
												Temperatura	Hasta 40 °C				
												Presión en línea	Hasta 1 MPa				
												Diametro de la tubería	6 mm a 100 mm				
Flujo volumétrico (líquido), FM	Medidores de flujo (desplazamiento positivo, turbinas, electromagnéticos, ultrasónicos, máscos, etc.)	Comparación con un medidor de referencia (arranque y paro, determinación estática)	80 L/min a 350 L/min	Fluido de prueba	agua	0.075	% FM	0.072	0.021	2	relativa al FM	Medidor de desplazamiento positivo Marca: Total Control Systems, Modelo 700-201C2AL-M7, No. S. 802550 Resolución 100 mL, U= 0,070 % FM		CICY Acreditación FL-21	EMA-CENAM-FLU-01-2012 (MARZO 2014)	Incertidumbre considerando un Medidor de flujo tipo turbina	
												Temperatura	Hasta 40 °C				
												Presión en línea	Hasta 1 MPa				
												Diametro de la tubería	12 mm a 100 mm				
Flujo volumétrico (líquido), FM	Medidores de flujo (desplazamiento positivo, turbinas, electromagnéticos, ultrasónicos, máscos, etc.)	Comparación con un medidor de referencia (arranque y paro, determinación estática)	50 L/min a 900 L/min	Fluido de prueba	agua	0.087	% FM	0.081	0.031	2	relativa al FM	Masa: Medidor máscico de 2", Marca: Endress + Hauser, modelo 83F50-AABSANACBAAA, U = 0,060 % FM Densidad: Medidor máscico de 2", Marca: Endress + Hauser modelo 83F50-AABSANACBAAA Resol.: 0,01 kg/m ³ ; U= 0,54 kg/m ³		ENDRESS + HAUSER Acreditación FL-18 Acreditación DEN-21		Incertidumbre considerando un Medidor de flujo tipo turbina	
												Temperatura	Hasta 50 °C				
												Presión en línea	Hasta 1 MPa				
												Diametro de la tubería	12 mm a 100 mm				

Tabla de expresión de las Capacidades de Medición y Calibración (CMC) de un laboratorio de calibración acreditado

ACREDITACIÓN **FL-21**

Fecha de emisión: 2016-12-08
Revisión: 04

Servicio de Calibración o Medición			Intervalo o punto de medida	Condiciones de funcionamiento de referencia		Incertidumbre expandida de medida						Patrón de referencia usado en la calibración		Participación en Ensayos de aptitud	Observaciones
Magnitud	Instrumento de medida	Método de medida		Parámetro	Especificaciones	Valor numérico de la unidad	unidad de medida	Contribución del laboratorio	Contribución del IBC	Factor de cobertura	¿Inc.relativa o absoluta?	Patrón de medida	Fuente de trazabilidad metrológica		
Flujo másico (líquido), FM	Medidores de flujo (máscos tipo coriolis)	Comparación con un medidor de referencia (arranque y paro, determinación estática)	50 kg/min a 900 kg/min	Fluido de prueba	agua, líquidos diferentes al agua e Hidrocarburos	0.084	% FM	0.080	0.024	2	relativa al FM	Medidor másico de 2", con indicación de densidad, Marca: Endress + Hauser, modelo Promass 83, U = 0,080 % FM	ENDRESS + HAUSER Acreditación F-18	Incertidumbre considerando un Medidor de flujo tipo coriolis	
				Temperatura	Hasta 50 °C										
				Presión en línea	Hasta 1 MPa										
				Diametro de la tubería	12 mm a 100 mm										

Nota: FM es el factor del medidor

Lo anterior por conducto de los siguientes signatarios:

1. Javier Escalante Estrella
2. Jorge Sanguino Chan
3. Pedro Solís Novelo
4. Rodrigo Hong Pech