

CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE YUCATÁN A.C.
LABORATORIO DE METROLOGÍA
CARTA DE TRAZABILIDAD
“TEMPERATURA”
ACREDITACIÓN: T-62
MF-TC-6.5-10.6



PUNTOS FIJOS
420AC-P.029
CENAM

CENAM
PUNTOS FIJOS DE LA ESCALA INTERNACIONAL DE TEMPERATURA 1990 (EIT-90)

METAS
TERMÓMETRO SPRT
MARCA/ MODELO: pt 25,5 Ω
CLAVE ID: MA-RTD33/13; MA-RTD36/14
CERTIFICADO: CNM-CC-420-114/2021; CNM-CC-420-115/2021
INCERTIDUMBRE: (±0,0077 °C ... ±0,59 °C)
k=2

METAS
Punto de fusión de hielo / SPRT Pt-25,5 Ω / Termopar S
CLAVE ID: MA-PFH06/06; MA-RTD33/13; MA-RTD36/14; MA-TC505/03
CERTIFICADO: ASTM E-563/ CNM-CC-420-114/2021/CNM-CC-420-115/2021/
CNM-CC-420-106/2020
INCERTIDUMBRE: (±0,002 °C ... ±2,2 °C)
k=2

TRAZABILIDAD EXTERNA

TRAZABILIDAD INTERNA

